



WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT  
OCHRONY ŚRODOWISKA  
W ZIELONEJ GÓRZE

✉ ul. H. Siemiradzkiego 19  
65-231 Zielona Góra

🌐 wios@zgora.pios.gov.pl

☎ tel. 68 454 85 50  
📠 fax 68 454 84 59

🖥 [www.zgora.pios.gov.pl](http://www.zgora.pios.gov.pl)

📘 [www.facebook.com/wioszg](https://www.facebook.com/wioszg)

🐦 [www.twitter.com/wioszielonagora](https://www.twitter.com/wioszielonagora)

Znak sprawy: SZ.272.1.2015.AT

Zielona Góra, 20.08.2015r.

Do wszystkich wykonawców

Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Zielonej Górze działając w oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), informuje, że dnia 20.08.2015 r. wpłynęły zapytania dot. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia następującej treści:

1. Czy Zamawiający uzna za ważną ofertę na chromatograf jonowy, w której zostanie zaoferowany detektor konduktometryczny o zakresie 0-15000 $\mu$ S, rozdzielczości 0,00238 nS/cm i szumem elektronicznym +/- 0,1 nS dla przewodności niższych niż 150  $\mu$ S/cm.
2. Czy Zamawiający uzna za ważną ofertę na chromatograf jonowy, w której zostanie zaoferowany podajnik automatyczny umożliwiający filtrację próbek, mieszczących 50 naczynek i komunikujących się z komputerem przez port USB ale bez zdefiniowanej precyzji nastrzyku (producent nie zapewnia danych tego rodzaju).
3. Czy Zamawiający wymaga termostatowania kolumny analitycznej i kolumny ochronnej w zakresie minimum od +5°C powyżej temperatury otoczenia do 60°C.

w z. Lubuskiego Wojewódzkiego  
Inspektora Ochrony Środowiska

*mgr inż. Wojciech Konopczyński*  
Zastępca Wojewódzkiego Inspektora  
Ochrony Środowiska